

Affidamento della fornitura di n. 6 campionatori di aria portatili a basso flusso occorrente all'ATS dell'Insubria

CHIARIMENTI

Domanda n. 1:

Buongiorno, si legge che la fornitura deve comprendere porta membrana, fiale/filtri. Si richiedono chiarimenti su che tipo di porta membrana occorre, quali filtri e quali fiale debbano essere inclusi nell'offerta.

Domanda n. 2:

In relazione alla procedura in oggetto, vorremmo sapere quali sono gli accessori ed i materiali di consumo specifici che devono essere offerti a corredo dei campionatori dato che la gamma dei campionamenti in ambienti di lavoro è molto ampia.

Risposta valida per entrambe le domande: Si confermano tutte le caratteristiche tecniche e generali riportate nel Documento Unico di Procedura (DUP), ad eccezione dei filtri, delle fiale e delle membrane in quanto tali accessori verranno scelti in funzione della specificità dell'inquinante da campionare per cui acquistati in un secondo tempo in base alle necessità.

F.to il RUP
dott.ssa Paola Galli
Direttore SC Gestione Acquisti,
Provveditorato-Economato