



AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 TERMOMISCELATORE PER BIOLOGIA MOLECOLARE DA BANCO, OCCORRENTE ALL'ATS DELL'INSUBRIA.

CHIARIMENTI

1. DOMANDA:

"Con la presente siamo a chiedere quanto segue:

indicate che il termomiscelatore da offrire deve "avere la possibilità di utilizzo con tutti i comuni formati di recipienti". Si chiede di specificare il tipo di adattatore richiesto poiché la base d'asta indicata sarebbe troppo esigua per poter offrire TUTTI gli adattatori disponibili".

RISPOSTA:

Si richiede la possibilità di utilizzo per piastre di biologia molecolare da 96 pozzetti.

F.to il RUP
dott.ssa Paola Galli
Direttore SC Gestione Acquisti,
Provveditorato-Economato