



**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 CENTRIFUGA REFRIGERATA DA BANCO PER IMPLEMENTAZIONE RICERCA DI GIARDIA E CRYPTOSPORIDIUM, OCCORRENTE ALL'ATS DELL'INSUBRIA.**

**CHIARIMENTI (SECONDA TRANCHE)**

**1. DOMANDA:**

*"Si chiede la cortesia di poter specificare se i flaconi da 450mL, che desiderate usare con la centrifuga, debbano essere a fondo piatto o a fondo conico."*

**RISPOSTA:**

I flaconi da utilizzare hanno fondo conico.

F.to il RUP  
dott.ssa Paola Galli  
Direttore SC Gestione Acquisti,  
Provveditorato-Economato