



AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 AUTOCLAVE, OCCORRENTE ALL'ATS DELL'INSUBRIA.

CHIARIMENTI

1. DOMANDA:

"Si sottopongono i seguenti chiarimenti tecnici:

- Ritenete equivalente un sistema di chiusura di tipo meccanico con una guarnizione non gonfiabile ad aria che comunque garantisca sicurezza ed efficienza?*
- Nel laboratorio di destinazione esiste una alimentazione diretta di acqua trattata per il generatore di vapore?*
- Nel laboratorio di destinazione esiste già una presa 380 V (3P+N+E)?"*

RISPOSTA:

Si forniscono di seguito le risposte alle suddette domande:

- "Ritenete equivalente un sistema di chiusura di tipo meccanico con una guarnizione non gonfiabile ad aria che comunque garantisca sicurezza ed efficienza?"*

Sì, il sistema proposto si ritiene equivalente a quello richiesto.

- "Nel laboratorio di destinazione esiste una alimentazione diretta di acqua trattata per il generatore di vapore?"*

Sì.

- Nel laboratorio di destinazione esiste già una presa 380 V (3P+N+E)?"*

Sì.

F.to il RUP
dott.ssa Paola Galli
Direttore SC Gestione Acquisti,
Provveditorato-Economato