

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 BILANCIA ANALITICA CON TRAPPOLA ANTI EVAPORAZIONE PER TARATURA PIPETTE, OCCORRENTE ALL'ATS DELL'INSUBRIA.

CHIARIMENTI

1. DOMANDA:

*"Buongiorno, rispetto ai requisiti minimi potrebbe essere accettato un modello con portata max 225/100g migliorativa rispetto 120/42g
regolazione integrata con 1 peso (invece che 2)
pedini regolabili anteriori (invece che posteriori)
uscita rs232 con convertitore usb
pannelli senza sgancio rapido".*

RISPOSTA:

Si fornisce il riscontro alla suddetta richiesta:

"portata max 225/100g migliorativa rispetto 120/42g": si accetta a patto che tutte le caratteristiche tecniche richieste nel DUP siano ugualmente rispettate (cifre decimali, precisione, ripetibilità, etc.)

"regolazione integrata con 1 peso (invece che 2)": non si accetta. Si confermano le caratteristiche richieste nel DUP

"pedini regolabili anteriori (invece che posteriori)": si accetta. Si confermano le caratteristiche richieste nel DUP

"uscita rs232 con convertitore usb": si accetta

"pannelli senza sgancio rapido": non si accetta. Si confermano le caratteristiche richieste nel DUP.

F.to il RUP
dott.ssa Paola Galli
Direttore SC Gestione Acquisti,
Provveditorato-Economato