

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARATO FILTRAZIONE ACQUE OCCORRENTE AL LABORATORIO MEDICO DELL'ATS DELL'INSUBRIA PER IL PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI

CHIARIMENTI

DOMANDA:

Per poter procedere ad una corretta identificazione dei prodotti da proporre avremmo bisogno delle seguenti informazioni:

- 1) Siete in possesso di un dispensatore di membrane EZCURVE1?*
- 2) Potreste indicarci l'esatto materiale di cui dovrebbe essere composta la membrana? MCE?*

RISPOSTA:

- 1) I nostri dispensatori di membrane hanno codice EZDISP001.
- 2) Le membrane sono in esteri di cellulosa.

F.to il RUP
dott.ssa Paola Galli
Direttore SC Gestione Acquisti,
Provveditorato-Economato